

**Nº / ANO DA PROPOSTA:**

024356/2016

DADOS DO CONCEDENTE**OBJETO:**

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

JUSTIFICATIVA:

A Santa Casa de Marília é um hospital filantrópico regional de grande porte, CNES nº 2083116, e referência para o SUS em especialidades e procedimentos de alta complexidade como ortopedia e traumatologia, cirurgia cardíaca e hemodinâmica, neurocirurgia, oncologia e terapia renal substitutiva inclusive, transplante renal. Conta com serviços ambulatoriais em diversas especialidades como neurologia, oftalmologia, oncologia clínica e cirúrgica, adulto e infantil, nefrologia, ortopedia, cirurgia pediátrica, cardiologia, urologia, cirurgia bucomaxilofacial, oxigenoterapia hiperbárica, entre outros. Atende a uma população estimada em mais de um milhão de pessoas, sendo referência para 62 municípios da DRS IX-Marília. Instalada em uma área de 33.561 m² com 23.000 m² de área construída, a Santa Casa de Marília dispõe da seguinte estrutura: 186 leitos de internação, dos quais 39 leitos de UTI distribuídos entre tratamento de queimados, terapia intensiva adulto, terapia intensiva cardiológica, terapia intensiva neonatal e terapia intensivo pediátrica. Conta, ainda, com centro cirúrgico com 09 salas e 12 leitos de recuperação pós-anestésica. Conta com 378 médicos no seu corpo clínico e com 1.013 funcionários em dezembro de 2015. O presente projeto a aquisição de um poligrafo para hemodinâmica, 4 cardioversores e 2 macas para substituição de equipamentos antigos e obsoletos

FUNDAMENTO LEGAL:

Decreto 6170 de 2007 e alterações.

CONCEDENTE: 36000	NOME DO ÓRGÃO/ÓRGÃO SUBORDINADO OU UG: MINISTERIO DA SAUDE		
CIDADE:	UF:	CÓDIGO DO MUNICÍPIO:	CEP:
CPF DO RESPONSÁVEL PELO CONCEDENTE: 42478979934		NOME DO RESPONSÁVEL: RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS	
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL PELO CONCEDENTE: Esplanada dos Ministérios - Gabinete		C.E.P DO RESPONSÁVEL PELO CONCEDENTE: 70058-900	

2 - DADOS DO PROPONENTE

PROPONENTE: 52049244000162					
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MARILIA					
ENDEREÇO JURÍDICO DO PROPONENTE: Av. Vicente Ferreira, 828					
CIDADE: MARILIA	UF: SP	CÓDIGO MUNICÍPIO: 6681	CEP: 17515-900	E.A.: Entidade Privada sem fins lucrativos	DDD/TELEFONE: (14) 3402-5559
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA	AGÊNCIA: 2001-0	CONTA CORRENTE: 0030020627			
CPF DO RESPONSÁVEL PELO PROPONENTE: 13987810882			NOME DO RESPONSÁVEL: MILTON TEDDE		
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL PELO PROPONENTE: Av. Vicente Ferreira, 828					

3- DADOS DO INTERVENIENTE

4 - DADOS DO EXECUTOR/VALORES

VALOR GLOBAL:	R\$ 250.000,00	
VALOR DA CONTRAPARTIDA:	R\$ 0,00	
VALOR DOS REPASSES:	Ano	Valor
	2016	R\$ 250.000,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA:	R\$ 0,00	
VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS:	R\$ 0,00	
VALOR DA RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO:	R\$ 0,00	
INÍCIO DE VIGÊNCIA:	09/06/2016	
FIM DE VIGÊNCIA:	09/06/2017	
VIGÊNCIA DO CONVÊNIO:	2017	

5 - PLANO DE TRABALHO

Meta nº: 1

Especificação: Cotação e aquisição dos equipamentos:- um polígrafo, quatro cardioversores e duas macas.			
UNIDADE DE MEDIDA: UN		QUANTIDADE: 7.0	
Valor: R\$ 250.000,00		Início 09/06/2016	Término Previsto: 09/06/2017
Valor Global: R\$ 250.000,00			
Município: MARILIA		Sigla UF: SP	Cód. 6681 CEP:
Endereço:			
Etapa/Fase nº: 1			
Especificação: Cotação, aquisição de equipamentos, instalação e capacitação de usuários.			
Quantidade:	Valor:	Início Previsto:	Término
7.0	R\$ 250.000,00	09/06/2016	09/06/2017

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MINISTERIO DA SAUDE

MÊS DESEMBOLSO: Junho	ANO: 2016
META Nº: 1 DESCRIÇÃO: Cotação e aquisição dos equipamentos:- um polígrafo, quatro cardioversores e duas macas.	VALOR DA META: R\$ 250.000,00
VALOR DO REPASSE: R\$ 250.000,00	PARCELA Nº: 1

7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MARILIA

8 - PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: 001488-Carro Maca Simples			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio		NATUREZA DA DESPESA: 449052	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: AVENIDA VICENTE FERREIRA			
CEP: 17515-900	UF: SP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 6681	MUNICÍPIO: MARILIA
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 2,00	V. UNITÁRIO: R\$ 2.500,00	V.TOTAL: R\$ 5.000,00
OBSERVAÇÃO: MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL, SUPORTE DE SORO: POSSUI, GRADES LATERAIS: POSSUI, ACESSÓRIO(S): COLCHONETE			
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: 000154-Polígrafo			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio		NATUREZA DA DESPESA: 449052	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: AVENIDA VICENTE FERREIRA			
CEP: 17515-900	UF: SP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 6681	MUNICÍPIO: MARILIA
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO: R\$ 149.000,00	V.TOTAL: R\$ 149.000,00
<p>OBSERVAÇÃO: Sistema Eletromédico computadorizado para realização de procedimentos de Hemodinâmica e Eletrofisiologia com 40 canais , normas ISO 9001 e ISO 13485. ABNT NBR IEC 60601-1 Equipamento Eletromédico ? Prescrições Gerais para Segurança ABNT NBR IEC 60601-1-1 Prescrições de Segurança para Sistemas Eletromédicos. ABNT NBR IEC 60601-1-2 Prescrições Gerais para Segurança - Compatibilidade Eletromagnética ABNT NBR IEC 60601-1-4 Prescrições de Segurança para Sistemas eletromédicos programáveis. ABNT NBR IEC 60601-2-27 Prescrições particulares para a segurança de equipamento para monitorização de eletrocardiograma ABNT NBR IEC 60601-2-34 Prescrições de Segurança para monitorização invasiva da pressão sanguínea.</p> <p>Equipamento montado e instalado integralmente em console móvel com os seguintes componentes: 01 - Computador - 3 GHz, Dual Core ? 3Gb de memória RAM, disco rígido de 500 Gb, Gravador de DVD, teclado, mouse, impressora laser e Windows 7 e ou 8 original (O&M). 01 - Impressora Laser 02 - Monitores de vídeo de 21? LCD. 01 - Conjunto de amplificadores, interfaces e caixas de conexão para cateteres. 01 - Acessório para ECG, pressões invasivas e débito cardíaco 01 - Programa de computador para Hemodinâmica com Débito Cardíaco. 01 - Programa de computador para Eletrofisiologia com Estimulação. 01 - Programa de computador para análise Pós Exame (Hemodinâmica e Eletrofisiologia). 01- Mesa móvel (console) específica para a montagem e interconexão elétrica e funcional das partes envolvidas, com chave geral e demais elementos de instalação, proteção e isolamento elétrico necessários à constituição do Sistema Eletromédico.</p> <p>CANAIS DE ENTRADA: 12 ECG de superfície, 18 de eletrogramas, 2 de pressão invasiva instantânea, 2 de pressão invasiva média, 2 para temperatura (para medida de débito cardíaco por termodiluição) e 4 auxiliares para sinais externos. &#61623; ARRANJOS: Permite a configuração prévia de arranjos de canais, sensibilidades e filtros de acordo com a natureza ou fase do procedimento. &#61623; CANAIS DE SAÍDA: 2 canais analógicos (P1 e D2) e um de pulso de sincronismo. &#61623; GRAVAÇÃO: Por comando de início e fim com retroatividade programável até 80 seg. Exames gravados podem ser transferidos para CD/DVD ou Pen Drive. &#61623; QUALIDADE DE SINAL: Conversão AD de 14 bits, resolução de 3,12 &#956;V para ECG de superfície 1,56 &#956;V para IECG e 0,0625 mmHg para sinais de pressão. &#61623; IMPRESSÃO: Por comando de início e fim ou por página durante o exame ou após exame usando os dados gravados. &#61623; FILTROS CONFIGURÁVEIS INDIVIDUALMENTE POR CANAL Para ECG: 60 Hz , passa baixas de 25, 50 e 100 Hz e passa altas de 0,05, 1 e 3 Hz Para IECG: passa baixas de 25, 50, 100, 250 e 500 Hz e passa altas de 1, 3, 10, 30, 100 e 300 Hz Para canais de pressão: passa baixas de 50 e 10 Hz &#61623; CURSORES PARA MEDIDAS: Em Hemodinâmica: para valores absolutos ou diferenciais de pressão, intervalos de tempo (RR, enchimento, ejeção), delimitar áreas para planimetria. Em eletrofisiologia: intervalos de tempo com resolução de 1 mseg. &#61623; ESTIMULADOR PROGRAMÁVEL: Para até 5 estímulos (S1 a S5) com abertura de medidas sincronizada. &#61623; CÁLCULOS DE PARÂMETROS HEMODINÂMICOS: Permite o cálculo de resistências vasculares, shunt, índice de trabalho por batimento, gasto energético do ventrículo, área de valvas. &#61623; PROGRAMA : Programa que permite rever e re-analisar exames gravados em qualquer computador</p>			

ACESSÓRIOS INCLUIDOS 1 - Cabo de interligação ao Amplificador 2 - Cabos de paciente de 4 vias, para eletrodos de membros com tiras de fixação. 1 - Cabo de paciente de 10 vias 2 - Cabos do transdutor de pressão 1 - Cabo terra 2 - Transdutores de pressão descartáveis 1 - Suporte para transdutor 1 - Aferidor dos canais de pressão 4 - Eletrodos de membros com tira de fixação 1 - Kit para Débito Cardíaco com caixa de distribuição de cateteres, cabo extensor do cateter, cabo do sensor do soro. 2 - Cabos OUTROS (ESPECIFICAR): POSSUI

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: 000936-Cardioversor			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio		NATUREZA DA DESPESA: 449052	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: AVENIDA VICENTE FERREIRA			
CEP: 17515-900	UF: SP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 6681	MUNICÍPIO: MARILIA
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 4,00	V. UNITÁRIO: R\$ 24.000,00	V.TOTAL: R\$ 96.000,00
OBSERVAÇÃO: MARCAPASSO TRANSCUTÂNEO: POSSUI, MÓDULO DEA: POSSUI, OXIMETRIA (SPO2): NÃO POSSUI, IMPRESSORA: POSSUI, TIPO: BIFÁSICO, BATERIA: POSSUI, COMANDO NAS PÁS: CARGA E DISPARO, MEMÓRIA DE ECG: POSSUI, PÁS INTERNAS: POSSUI			

9 - PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA				
Código	Total	Recursos	Contrapartida Bens e Serviços	Rendimento de Aplicação
449052	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL: R\$ 250.000,00				

10 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao _____ para efeitos e sob as penas da Lei, que inexistem quaisquer débitos em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos das dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho.

Pede Deferimento,

Local e Data

Proponente

11 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE DO PLANO DE TRABALHO

Aprovado

Local e Data

Concedente
(Representante legal do Órgão ou Entidade)

12 - ANEXOS